



scm-dgo
Service de Contrôle des Médicaments
www.apb.be

Rue Stevin 137
1000 Bruxelles
Belgique
☎ +32 (0)2 285 42 00
@ recall@apb.be



Utilisez **ici** l'application web **Retraits** pour enregistrer vos produits



Liste de retrait 08-02-2024 Pour non-conformité

Médicament

A la demande de la firme

| Nom du produit | Forme galénique | Titulaire d'enregistrement | Numéro(s) de(s) lot(s) | Raison |
|---|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Spiolto Respimat CNK 3264 793 | Solution à inhaler (60 doses) | Boehringer Ingelheim International GmbH | E56624 | Défaut compteur de doses |
| Spiolto Respimat CNK 4323 820 | Solution à inhaler (3 x 60 doses) | | | |

Attention : Ce retrait est uniquement d'application pour les grossistes belges et luxembourgeois.

Ces produits sont à retourner le plus rapidement possible au SCM.
Après le **15 mars 2024** ceux-ci ne seront plus crédités.

S. SARRE, RP