



Utilisez **ici** l'application web **Retraits** pour enregistrer vos produits



Liste de retrait 14/04/2017

Pour non-conformité

Médicaments

A la demande de la firme en accord avec l'AFMPS

Nom du produit	Forme galénique	Titulaire d'enregistrement	Numéro(s) de(s) lot(s)	Raison
EpiPen Junior 150 µg CNK 1453 257	Solution injectable en stylo prérempli	Meda Pharma NV	5ED824AP 6ED117P	Non activation due à un possible défaut dans l'appareillage
EpiPen 300 µg CNK 1466 499	Solution injectable en stylo prérempli	Meda Pharma NV	6FA292K 6FA293Y	Non activation due à un possible défaut dans l'appareillage

Attention : les patients ayant en leur possession un conditionnement des lots susmentionnés doivent le rapporter à leur pharmacien, qui soit leur remettra une nouvelle boîte de la même spécialité soit remboursera le conditionnement.

Les codes-barres uniques concernés sont :

- 5ED824AP : 1453257000230219 et de 1453257000230226 à 1453257000237041
- 6ED117P : 1453257000255724 et de 1453257000255731 à 1453257000264825
- 6FA292K : 1466499000975958 et de 1466499000975965 à 1466499001012140
- 6FA293Y : 1466499001012157 et de 1466499001012164 à 1466499001044318

Ces produits sont à retourner le plus rapidement possible au SCM.
Après le **31 mai 2017** ceux-ci ne seront plus crédités.



S. SARRE, Dr. Sc. Ph.
Directeur du S.C.M.