



Maak **hier** gebruik van de webapplicatie **Intrekkingen** om uw producten te registreren



Intrekkingslijst 09/06/2020

Andere : medisch hulpmiddel

Naam van het product	Galenische vorm	Vergunninghouder	Lotnummer(s)	Reden
Hansaplast Sensitive 1 m x 8 cm CNK 4107 330	pleister	Beiersdorf NV	01654439 ind. verpakking = 01612015BE omdoos	Potentieel risico op microbiële verontreiniging

Opgelet : Patiënten worden gevraagd het gebruik van het desbetreffende product met bovenstaand lotnummer onmiddellijk stop te zetten en terug te brengen naar de apotheek die zal instaan voor vergoeding, ook als de verpakking onvolledig is of als de kassabon ontbreekt.

Gelieve uw producten zo spoedig mogelijk terug te sturen naar DGO.

Na **31 juli 2020** worden ze niet meer gecrediteerd.



S. SARRE, Dr. Farm. Wet.
Directeur van de D.G.O.



Maak hier gebruik van de webapplicatie **Intrekkingen** om uw producten te registreren



Beiersdorf

Brussel, 05.06.2020

Belangrijke boodschap aan Consumenten

Terugroeping uit voorzorg in verband met problemen met Hansaplast

Hansaplast is uit voorzorg een productterugroeping gestart van een op maat te knippen pleister, Hansaplast Sensitive 1Mx8CM, die is aangekocht na 15 mei 2020 in België, vanwege een potentieel risico op microbiële verontreiniging.

Als consument wordt u gevraagd het gebruik van het desbetreffende product met onderstaand lotnummer onmiddellijk stop te zetten en deze terug te brengen naar het winkelpunt waar u deze heeft aangekocht voor een volledige terugbetaling, ook als de verpakking onvolledig is of als de kassabon ontbreekt. Indien u vragen heeft, kunt u terecht op het nummer +32 470 36 33 32, bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur (maandag tot vrijdag).

De terugroeping uit voorzorg betreft het volgende product en lotnummer, die op de productverpakking vermeld staan:

- Hansaplast Sensitive 1Mx8CM, REF: 02424, CNK: 4107330, LOT 01654439; EAN 4005800075216; gekocht na 15 mei 2020

Uit een routinematige interne kwaliteitscontrole is gebleken dat deze producten niet voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Hansaplast wil geen enkel risico nemen met betrekking tot de veiligheid van zijn consumenten en heeft daarom uit voorzorg besloten om een productterugroeping te starten van deze Hansaplast op maat te knippen pleister. Andere producten of loten van het merk Hansaplast dan deze hierboven vermeld, vallen niet onder deze terugroeping uit voorzorg. De kwaliteit van onze producten en de veiligheid van onze consumenten zijn onze prioriteit.

Wij bieden daarom onze welgemeende excuses aan voor het ongemak.



scm-dgo

Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek

www.apb.be

☎ +32 (0)2 285 42 51
☎ +32 (0)2 285 42 84
@ dgo_scm@apb.be

Stevinstraat 137
1000 Brussel
België