



Les triptyques sont supprimés
depuis le 1^{er} février 2016

Utilisez l'application web **Retraits**
pour enregistrer vos produits



Liste de retrait 02/02/2016

Pour non-conformité

Autres produits : Dispositifs médicaux

A la demande de la firme

Nom du produit	Forme galénique	Titulaire d'enregistrement	Numéro(s) de(s) lot(s)	Raison
Nova- T CNK 0132 613	Dispositif intra-utérin	Bayer SA-NV	TU00TXG	Risque accru de rupture du corps en forme de T lors de l'insertion

Attention : plus de renseignements dans [l'information de sécurité ci-jointe](#)

Ces produits sont à retourner le plus rapidement possible au SCM.
Après le **15 mars 2016** ceux-ci ne seront plus crédités.



S. SARRE, Dr. Sc. Ph.
Directeur du S.C.M.