



scm-dgo

Service de Contrôle des Médicaments

[www.apb.be](http://www.apb.be)

+32 (0)2 285 42 51  
+32 (0)2 285 42 84  
dgo\_scm@apb.be

rue Stevin137  
1000 Bruxelles  
Belgique



Utilisez **ici** l'application web **Retraits** pour enregistrer vos produits



## Liste de retrait 05/07/2017 Pour non-conformité

Autres produits : dispositif médical

A la demande de la firme

Nom du produit	Forme galénique	Titulaire d'enregistrement	Numéro(s) de(s) lot(s)	Raison
NovoPen Echo Blue CNK 2925 725	Stylo injecteur d'insuline	Novo Nordisk NV	EVG5698-1 EVG6823-A FVG7337-1 EVG4110-3 EVG3309-6	Fissure ou rupture du porte-cartouche
NovoPen Echo Red CNK 2925 717	Stylo injecteur d'insuline	Novo Nordisk NV	EVG5699-7 EVG3310-4 EVG6824-9	Fissure ou rupture du porte-cartouche

Ces produits sont à retourner le plus rapidement possible au SCM.  
Après le **15 septembre 2017** ceux-ci ne seront plus crédités.

S. SARRE, Dr. Sc. Ph.  
Directeur du S.C.M.