



scm-dgo

Service de Contrôle des Médicaments

www.apb.be

+32 (0)2 285 42 51
+32 (0)2 285 42 84
dgo_scm@apb.be

rue Stevin137
1000 Bruxelles
Belgique



Utilisez **ici** l'application web **Retraits** pour enregistrer vos produits



Liste de retrait 02/03/2018

Pour non-conformité

Autres produits : dispositifs médicaux

A la demande de la firme

Nom du produit	Forme galénique	Titulaire d'enregistrement	Numéro(s) de(s) lot(s)	Raison
Sterilet MI-DIU-LOAD 375 Cu + Ag CNK 3577 392	Dispositif intra-utérin	Eurogine SL	0417	Possibilité de ruptures dans les bras horizontaux lors du retrait.
Sterilet MI-DIU-SERT 380 Cu + Ag CNK 3577 400	Dispositif intra-utérin	Eurogine SL	0417	
Sterilet MI-DIU-SERT 380 Mini Cu + Ag CNK 3577 418	Dispositif intra-utérin	Eurogine SL	0417	

Ces produits sont à retourner le plus rapidement possible au SCM.
Après le **15 avril 2018** ceux-ci ne seront plus crédités.

S. SARRE, Dr. Sc. Ph.
Directeur du S.C.M.